

D60S PRO

La nouvelle unité d'affichage

- Affichage au 0.1 μm
- Correction de linéarité sur le canal palpeur
- Mesure absolue, relative ou comparative
- Fonction MIN / MAX / DELTA
- Unité d'affichage analogique (optionnelle)
- Plage de tolérances $\pm 10 / 25 / 100 / 250 \mu\text{m}$



NEW

Jean-Louis MENEGON
Représentant & conseiller Sud Ouest

tél: 06.76.08.96.83 - mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com

SWISS
MADE



D60S PRO

DONNEES TECHNIQUES

Jean-Louis MENEGON


Représentant & conseiller Sud Ouest

tél: 06.76.08.96.83 - mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com



		804.1070
Modèle		D60S PRO
Erreur max.	µm	P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8 / P50 : 1.5
Répétabilité	µm	P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 / P50 : 0.4
Encombrements	mm	Unité d'affichage: 180 x 75 x 50 Unité analogique : 50 x 48.5 x 41.5
Poids D60S PRO	kg	0.3
Boîtier		Plastique Terlend
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
S_Connect		RS232 / USB mini ¹⁾
Configurable par PC		●

¹⁾ Voir chapitre câbles du catalogue Sylvac




- ① Direction de mesure
- ② Changement de résolution
- ③ Fonction Preset / introduction Preset
- ④ Introduction valeur nominale et tolérances
- ⑤ Mise à zéro affichage analogique ou Min-Max
- ⑥ Envoi de données
- ⑦ Plages de tol. de l'affichage analogique
- ⑧ Changement du mode de mesure du canal palpeur: NOR (statique) / MIN / MAX / DELTA
- ⑨ Entrées palpeur / affichage analogique
- ⑩ Branchement alimentation
- ⑪ Branchement contact externe
- ⑫ USB-mini
- ⑬ Entrée / Sortie RS232



D60S PRO

OPTIONS / ACCESSOIRES





804.1072



804.1071



804.1073



DESCRIPTION

804.1071	Affichage analogique avec aiguille à 12h
804.1072	Affichage analogique avec aiguille à 6h
804.1073	Support de table pour affichage analogique
804.1074	Bras de fixation pour banc de mesure PS 17
804.1075	Jeu comprenant: 804.1070, 804.1071, 804.1073



Exemple d'application avec banc de mesure PS17

Jean-Louis MENEGON

Représentant & conseiller Sud Ouest

- tél: 06.76.08.96.83 - mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com



sylvac

Fabricant suisse d'instruments de mesure de précision depuis 1969

D60S PRO

Avec banc de mesure PS 17



Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller

Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

Jean-Louis MENEGON

Représentant & conseiller Sud Ouest

tél: **06.76.08.96.83** mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com

